ALCARE

取扱説明書

●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
●常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

DEOFINE POWDER
デオファイン パウダー

ストーマ装具用パウダー状消臭剤
POWDERY DEODORANT FOR OSTOMATES

《デオファイン パウダー》はストーマ装具用パウダー状消臭剤です。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取り扱い説明書に従いご使用ください。尚、商品についてご不明な点は下記までお問い合わせください。

●アルケア株式会社　お客様相談室
フリーダイヤル0120-770175
土･日･祝日を除く　午前9:00～午後5:30

使用上のご注意

警 告　人身事故につながる恐れのある注意事項

●本品は食べものではありません。高齢の方、認知症の方、乳幼児、小児が誤飲しないようご注意ください。粉末のため、むせたり喉につまったりする場合があります。
●傷や腫れ物、湿疹等異常のある部位には使用しないでください。万が一付着した場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
●皮膚･粘膜に発赤やかゆみ、刺激等の異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
●目に入らないように注意し、万が一入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
●鼻や口から吸入しないでください。万が一吸入した場合は、直ちに水でよく洗い流してください。

注 意　使用方法に関した注意事項

●消臭剤の付いた手で面板の粘着面に触れたり、消臭剤が付着しないようにご注意ください。面板の貼りつきが悪くなり、面板が剥がれやすくなる場合があります。
●ストーマ袋の嵌合部(はめ合わせ部)や閉鎖具(クリップやキャップ等)に付着しないようにご注意ください。操作に違和感が生じたり、嵌合部や閉鎖具がはずれやすくなる場合があります。
●ストーマ袋内に充填して使用する他の製品との併用は避けてください。消臭性能が低下する場合があります。
●1回使い切りとし、使い残りは通常可燃物として廃棄してください。開封したまま放置すると吸湿し、消臭性能が著しく低下したり品質に異常を来たす場合があります。
●衣服等に付着した場合は、速やかに払い落とし、通常の洗剤で洗濯して

使用方法

●個包装を手やハサミ等で切って開封してください。
●面板の粘着面やストーマ袋の嵌合部に消臭剤が付着しないように注意し、単品系装具の場合は面板ストーマ孔かストーマ袋の排出口から、二品系装具の場合はストーマ袋の嵌合口か排出口から、投入してください。
●排泄物の排出ごとに、新しい個包装を開封してストーマ袋内に投入してください。

ストーマ孔･嵌合口からの投入方法（ストーマ袋装着前）

●単品系（ワンピース）装具の場合

面板の剥離フィルムを剥がす前に、ストーマ孔から消臭剤を投入してください。

●二品系（ツーピース）装具の場合

面板にはめ合わせる前に、嵌合口から消臭剤を投入してください。

※ご注意:下部開放型ストーマ袋の場合、排出口を必ず閉じてから消臭剤を投入してください。

排出口からの投入方法（ストーマ袋装着中）

便排泄後に新たに消臭剤を投入するときは、ストーマ袋を装着したまま下部排出口を斜め上に持ち上げ、個包装の先端をストーマ袋の奥のほうまで入れて消臭剤を投入ください。

※ご注意:ストーマ袋の排出口付近に消臭剤が付着したり、また残留しないようにご注意ください。閉鎖具（クリップやキャップ等）の密閉性に支障を来たし、閉鎖具がはずれたりモレやすくなる場合があります。

保管･取扱上のご注意

●個包装から他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、吸湿し品質が変わる場合があります）
●乳幼児、小児、認知症の方の手の届かない所に保管してください。
●個包装および箱の上に重いものを載せないでください。（個包装の変形･破損の原因となります）
●直射日光および高温多湿を避け、室温保管してください。

廃棄方法

●個包装の包材はプラスチック製品です。各自治体の分別方法に従ってください。

規格

種類	商品コードNO.	内容量	1函入数
——	17891	1.5g	30包

アルケア株式会社　〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800（代表） FAX.03-5611-7825 http://www.alcare.co.jp

東京営業所 TEL.03-5638-8161　仙台営業所 TEL.022-715-2733　広島営業所 TEL.082-831-8777
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614　名古屋営業所 TEL.052-222-3860　福岡営業所 TEL.092-441-8372
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511　北陸営業所 TEL.076-243-5602
札幌営業所 TEL.011-261-1721　大阪営業所 TEL.06-6337-2985
INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819　■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター